

Scan for more information



Check out our learning platform Reliance U!
www.RelianceU.tech

Reliance Orthodontic Products, Inc.
1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA
1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only
RelianceOrthodontics.com

EC | REP | MD

EMERGO EUROPE
Prinsesgracht 20, 2514 AP The Hague,
The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St,
Sydney, NSW 2000, Australia



RENEW® FINISHING SYSTEM POINTS

INSTRUCTIONS FOR USE



2797
V2 MAR.2022
RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



RelianceOrthodontics.com

EN - ENGLISH

INDICATIONS FOR USE: The Renew® Finishing System Points are intended for use in the removal of thin layers of composite and polishing of enamel or artificial substrates.

INSTRUCTION FOR USE:

- Ensure that the point is fully seated and gripped in the handpiece collet before use.
- IMPORTANT!** Do not exceed the maximum speed of 20,000 RPM. Find the setting for your handpiece that will ensure a speed not to exceed 20,000 RPM and adjust your air pressure accordingly.

SAFETY IN USE:

- Eye protection must be worn to protect against ejected particles.
- Surgical mask must be worn to avoid inhalation of aerosol or dust generated.
- Move the point continuously when in use to avoid localized heating.

② Single Use Device

WARNING!! Used polishing points should be considered as contaminated and appropriate handling precautions should be taken. Gloves, eye protection and a mask should be worn. Other measures may be required if there are specific infection or cross-contamination risks from the patient.

LIMITATIONS OF PROCESSING: The end of life of the polishing points are determined by wear and damage in use and the points should be inspected for defects during the preliminary cleaning process.

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

NOTICE: Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

TO REORDER: #RSPL, #RSPFG, #RSPHP, #GRSPFG, #GRSPHP, #GRSPL

BG - BULGARIAN

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА Борчата за системата за довършителна обработка Renew® са предназначени за използване при отстраняване на тънки слоеве композит и полиране на емайл или изкуствени субстрати.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

- Уверете се, че борчето е напълно поставено и фиксирано в патронника на бормашината преди употреба.
- ВАЖНО!** Не превишавайте максималната скорост от 20 000 оборота в минута.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА:

- Трябва да се носи защита за очите, за да се предпазят от изхвърлени частици.
- Трябва да се носи хирургична маска, за да се избегне дишване на образувания аерозол или прах.
- Движете борчето непрекъснато, когато го използвате, за да избегнете локализирано нагряване.

② Изделие за еднократна употреба

ВНИМАНИЕ!!! Използванието борчата за полиране трябва да се считат за замърсени и да се вземат подходящи

предпазни мерки при работа. Трябва да се носят ръкавици, защита за очите и маска. Може да се изискват други мерки, ако има специфични рискове от инфекция или кърстосано замърсяване от пациента.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОБРАБОТКАТА: Краят на експлоатационния живот на борчата за полиране се определя от износване и повреди при употреба и борчата трябва да се проверява за дефекти по време на процеса на предварително почистване.

ГАРАНТИЯ: Reliance Orthodontics Products, Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се докаже, че са дефекти. Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всички вреди или загуби, преки или последвачи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ: Федералният закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладвайте на Reliance всяка сериозна инцидент, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

CS - CZECH

INDIKACE K POUŽITÍ: Tyto špičky dokončovacího systému Renew® jsou určeny pro použití při odstraňování tenkých vrstev kompozitu a leštění skloviny nebo umělých substrátů.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Před použitím se ujistěte, že je špička dokonale usazená a uchycena v upínacím pouzdru násadce.

DŮLEŽITÉ! Neprekračujte maximální rychlosť 20 000 o/min. Najděte nastavení pro svůj násadec, který zajistí, že rychlosť nepřekročí 20 000 o/min, a podle toho upravte tlak vzdachu.

BEZPEČNOST PŘI POUŽITÍ:

- Pro ochranu proti vymrštěným částicím je nutné používat ochranné oči.
- Chirurgickou masku je třeba nosit, aby nedošlo k vdechování aerosolu nebo prachu.
- Pohybujte špičkou nepřetržitě při používání, abyste zabránili lokálnímu ohřevu.

② Zařízení pro jedno použití

VAROVÁNÍ!! Použítě leštící špičky by měly být považovány za kontaminované a měla by být přijata příslušná manipulační opatření. Používejte rukavice, ochrannou oči a masku. Další opatření mohou být vyžadována, pokud u pacienta existuje zvláštní riziko infekce nebo křízové kontaminace.

OMEZENÍ ZPRAKOVÁNÍ: Konec životnosti leštících špiček je určen opotřeběním a poškozením při používání a špičky by měly být zkонтrolovány na vady během procesu predbežného čištění.

ZÁRUKA: Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uzurává svou odpovědnost za výměnu produktů, pokud se ukáže, že jsou vadné. Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. neprijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztrátu, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti používat produkty, jak je popsáno. Před použitím je uživatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost v souvislosti s tím.

POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS: USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávky zubního lékaře nebo na jejím základě.

② Izdelenie za jednokratnú užitku

⚠️ VÝMĚNA!!! Izpolzovanie borcheta

POZNÁMKA: Oznamte společnosti Reliance a příslušnému orgánu státu, ve kterém uživatel a/ nebo pacient sídlí, jakoukoliv závažnou událost.

DA - DANISH

INDIKATIONER Renew® poleringsspidser er beregnet til brug ved fjernelse af tynde lag af komposit og polering af emalje eller kunstige substrater.

BRUGSANVISNING:

1. Kontrollér før brug, at spidsen sidder helt fast og gribet fat i holderen på håndstykket.

2. **VIGTIGT! Overskrid ikke den maksimale hastighed på 20.000 o/m.** Indstil håndstykket, så det ikke kan overstige en hastighed på 20.000 o/m, og juster lufttrykket i overensstemmelse hermed.

GRENKHED UNDER BRUG:

- Brug øjenbeskyttelse mod udslyngede partikler.
- Brug kirurgisk maske for at undgå indånding af den aerosol eller støv, som dannes.
- Flyt konstant spidsen under brug for at undgå lokal opvarming.

② Engangsanordning

⚠️ ADVARSEL!! Brugte poleringsspidser skal betragtes som forurenede. Tag passende forholdsregler ved håndtering. Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse og maske. Andre foranstaltninger kan være nødvendige, hvis der er specifik risiko for infektion eller krydskontaminerings fra patienten.

BEGÆRÆNSNINGER I BRUG: Slid og beskadigelser under brug bestemmer, hvornår en poleringsspid ikke længere kan anvendes. Spidsene skal kontrolleres for defekter under den indledende rengøringsproces.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der skyldes brugen af eller manglen af kendskab til brug af produkterne som foreskrevet. Det er brugerens ansvar at vurdere for brug, om produktet er egnet til den tilstede anvendelse. Brugerne påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

KUN ORDINATION: Amerikansk Federal lov forberholder dette produkt udelukkende til salg eller ordre fra en tandläge.

BEMÆRK: Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til Reliance og den kompetente myndighed i den stat, hvor brugerne og/eller patienten er bosiddende.

DE - GERMAN

ANWENDUNGSHINWEISE: Die Renew® Beschichtungssystempunkte sind für die Entfernung dünner Kompositschlächen und das Polieren von Schmelz oder künstlichen Substraten vorgesehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Vor dem Gebrauch muss sichergestellt werden, dass der Punkt vollständig in die Handstückhülse eingesetzt und aufgenommen ist.

2. **WICHTIG! Die Höchstgeschwindigkeit von 20.000 U/min nicht überschreiten.** Für das Handstück die Einstellung finden, die eine Geschwindigkeit von nicht mehr als 20.000 U/min gewährleistet, und den Luftdruck entsprechend anpassen.

SICHERHEIT BEI DER VERWENDUNG:

- Zum Schutz vor ausgestoßenen Partikeln muss ein Augenschutz getragen werden.
- Es muss eine chirurgische Maske getragen werden, um das Einatmen von Aerosol oder erzeugten Staub zu vermeiden.
- Der Punkt soll während des Gebrauchs kontinuierlich bewegt werden, um eine örtlich begrenzte Aufheizung zu vermeiden.

② Einwegprodukt

⚠️ WARNUNG!! Gebrauchte Polierpunkte sollten als kontaminiert betrachtet werden, und es sollten entsprechende Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung getroffen werden. Es sollten Handschuhe, Augenschutz und eine Maske getragen werden. Es können andere Maßnahmen erforderlich sein, wenn ein spezifisches Infektionsoder Kreuzkontaminationsrisiko durch den Patienten besteht.

GRENZEN DER BEARBEITUNG: Das Ende der Lebensdauer der Pollerpunkte wird durch Verschleiß und Schäden im Gebrauch bestimmt, und die Punkte sollten während der Grobreinigung auf Mängel untersucht werden.

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontic Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Produkte resultieren bzw. aus dem Unvermögen, diese gemäß der Beschreibung anzuwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch des Produkts dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

HINWEIS: Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall an Reliance und die zuständige Behörde des Bundesstaates, in dem der Benutzer bzw. der Patient niedergelassen ist.

EL - GREEK

ΕΝΔΑΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα μιτερά άκρα του συστήματος στιβωτής Renew® Finishing System Points προορίζονται για χρήση για την αφαίρεση λεπτών στρώσεων σύνθετου υλικού και τη στιλβωσή της αδαμαντίνης σε τεχνητά υποστρώματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Βεβαιωθείτε ότι τα μιτερά άκρα έχει εισαχθεί πλήρως και έχει συνδεθεί με τον δακτύλιο σύσφιξης της χειρολαβής πριν από τη χρήση.

2. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ταχύτητα των 20.000 στροφών ανά λεπτό.** Προσδιορίστε τη ρύθμιση για τη χειρολαβή σας που θα διασφαλίσει η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τις 20.000 στροφές ανά λεπτό και προσαρμόστε ανάλογα την πίεση του άριθμου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται για προστασία από την επίσημη για την χειρολαβή.

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίσημη για την χειρολαβή.

- Μετακινήστε συνεχώς το άκρα κατά τη χρήση προς αποφυγή τοπικής αύξησης της θερμότητας.

② Συσκευή μίας χρήσης

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!! Τα χρησιμοποιημένα μιτερά άκρα πρέπει να θεωρούνται ως μολυσμένα και πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλακτικές χειρισμούς.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μάσκα. Ενδέχεται να απαιτούνται επιπλέον μέτρα εάν υπάρχουν συγκεκριμένα κίνδυνοι λοιμωξης ή διασταυρούμενης μολυσμού από τον ασθενή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Το τέλος της διάρκειας ζωής των μιτερών άκρων στιλβωτής προσδιορίζεται από τη φθορά και τη βάθρια κατά τη χρήση και τα μιτερά άκρα πρέπει να επιθεωρύνονται για ελαττώματα κατά την προκατροκή διαδικασία καθαρισμού.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η Reliance Orthodontic Products, Inc. αναγνωρίζει τη ευθύνη της να αντικαταστήσει τα προϊόντα εάν αποδειχθεί ότι

είναι ειλαττωματικά. Η Reliance Orthodontic Products, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, μέρες ή παρεπέμπουν, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση περιγράφεται. Γρίφη Ορθοδοντικός στην περιοχή της προσώπου της χρήστης καθώς αποτελείται από τη χρήση της προσώπου της χρήστης.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΗΠΑ Ο ορθοδοντικός νόμος περιορίζει την πλώση αυτής της συντάξης μόνο από ένα κατόπιν εντολής της αριθμού προσώπου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν στη Reliance και την αρμόδια αρχή της πόλης σας που θα διασφαλίσει την πλώση.

ES - SPANISH

INDICACIONES DE USO: Las puntas de acabado Renew® están diseñadas para el uso en la eliminación de capas finas de composite y el pulido de esmalte o substratos artificiales.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Asegúrese de que la punta esté completamente asentada y agarreada en el colador de la pieza de mano antes de usarla.

2. **IMPORTANTE! No exceda la velocidad máxima de 20.000 RPM.** Encuentre el ajuste para su pieza de mano que le asegure una velocidad que no excede las 20.000 RPM y ajuste su presión de aire en consecuencia.

SEGURIDAD EN EL USO:

- Se debe usar protección ocular para protegerse de las partículas expulsadas.

- Se debe usar una máscara quirúrgica para evitar la inhalación del aerosol o el polvo generado.

- Mueva la punta continuamente durante el uso para evitar el calentamiento localizado.

② Dispositivo de un solo uso

⚠️ ADVERTENCIA!! Las puntas de pulido usadas deben considerarse contaminadas y se deben tomar las precauciones de manipulación apropiadas. Se deben usar guantes, protección ocular y máscara. Es posible que se requieran otras medidas si existen riesgos específicos de infección o de contaminación cruzada por parte del paciente.

LIMITACIONES DEL PROCESAMIENTO: El fin de la vida útil de las puntas de pulido está determinado por el desgaste y los daños causados por el uso, y se deben revisar las puntas para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar.

GARANTIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se demuestra que son defectuosos. Reliance Orthodontic Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que surjan del uso o de la incapacidad para usar los productos como se describe. Antes de usar el producto, es responsabilidad del usuario determinar si es adecuado para el uso previsto. El usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en relación con ello.

Venta bajo receta: Las leyes federales de los EE.UU. exigen que la venta de este dispositivo se realice solo a través de un profesional odontológico o

koja ne prelazi 20.000 okr./min. i namještite tlak zraka u skladu s tim.

SIGURNOST U UPOTREBI:

- Za zaštitu od raspršenih čestica mora se nositi zaštitna za oči.
- Kirurška maska mora se nositi kako bi se izbjeglo udisanje aerosola ili prašine.
- Prilikom upotrebe, neprekidno pomicite nastavak da ne stvorite lokalizirani zagrijavanje.

Uredaj za jednokratnu upotrebu APOZORENJE!!

Upotrijebljene nastavke za poliranje treba smatrati kontaminiranim i poduzimati odgovarajuće mјere opreza. Nosite rukavice, zaštitu za oči i masku. Mogu se zahtijevati druge mјere ako postoje specifični rizici infekcije ili unakrsne kontaminacije među pacijentima.

OGRAĐIVANJE OBRADE:

Kraj vijeka trajanja nastavaka za poliranje određuju se mehaničkom istrošenošću i oštećenjima prilikom upotrebe, a nastavke treba pregledati da nije došlo do eventualnih oštećenja tijekom postupka prethodnog čišćenja.

JAMSTVO:

Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili guštanik, izravan ili posredan, koji proizlazi iz upotrebe ili nesposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu previdenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovu nalogu.

OBAVIJEŠT: Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i / ili pacijent ima sjedište.

HU - HUNGARIAN

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK: A Renew® finírozó rendszer hegyek a kompozit vékony rétegeinek eltávolítására, valamint a zománc vagy a mesterséges anyagok polírozására szolgálnak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hegy teljesen a helyén van-e és jól be van-e fogata a kézidarab befogógyűrűjébe.
- FONTOS!** Ne lépje túl a 20 000 fordulat/perc maximális sebességet. A kézidarab számára keress meg azt a beállítást, amely biztosítja, hogy a sebesség ne haladja meg a 20 000 fordulat/perc éréket, és ennek megfelelően állítsa be a nyomást.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT:

- A kilökődő részecskékkel szemben védelem érdekében védőszemüveget kell viselni.
- A képződő aeroszol vagy por belélegzésének elkerülése érdekében sebészeti védőmaszkot kell viselni.

- Használat közben folyamatosan mozgassa a hegyet, hogy elkerülje a lokális felmelegedést.

② Egyszer használatos eszköz

⚠ FIGYELMEZTETÉS!! A használt polírozóhegyeket szennyezetnek kell tekinteni, és megfelelő kezelési óvintézkedésekkel kell tenni. Kesztyűt, védőszemüveget és maszkot kell viselni. Egyéb intézkedésekre lehet szükség, ha a beteg speciális fertőzési vagy keresztfertőzési kockázatot jelent.

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI: A polírozóhegyek élettartamának végét a használat során elszenvendett kopás és sérülés határozza meg, és az elözetes tisztítás során ellenőrizni kell a hegyeket a hibák szempontjából.

GARANCIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. vállalja, hogy kicséríti a termékeket, amennyiben azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen követlenn vagy következményes kárért vagy veszteségről, amely a termékek fentiekben ismertetett felhasználásáról vagy a fenti előírásoktól eltérő felhasználásáról fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmass-e a rendeltek szerű felhasználásra. Ezzel kapcsolatban minden kockázat és felelősség a felhasználót terhel.

KIZÁROLAG ORVOSI RENDELVÉNYRE: Az Amerikai Egyesült Államok A szövetségi törvények értelmében az eszköz kizárolag fogásztári rendelvénnye vagy fogszakorvos részére értékesíthető.

FELSZÖLITÁS: Jelentse minden súlyos eseményt a Reliance-én és a felhasználó és/vagy a páciens letelepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságainak.

IT - ITALIAN

INDICAZIONI PER L'USO Le Punte per Sistema di finitura Renew® sono concepite per l'uso nella rimozione di sottili strati di composito e nella lucidatura di smalti o substrati artificiali.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima dell'uso, assicurarsi che la punta sia completamente posizionata e agganciata nella pinza del manipolo.
- IMPORTANTE! Non superare la velocità massima di 20.000 giri/min.** Trovare l'impostazione per il manipolo che garantisca una velocità non superiore a 20.000 giri al minuto e regolare di conseguenza la pressione dell'aria.

SICUREZZA NELL'USO:

- Indossare una protezione per gli occhi per proteggersi dalle particelle espulse.
 - La maschera chirurgica deve essere indossata per evitare l'inalazione di aerosoli o di polvere generata.
 - Spostare la punta continuamente durante l'uso per evitare un riscaldamento localizzato.
- ② Dispositivo monouso
- ⚠ ATTENZIONE! Le punte per lucidatura usate devono essere considerate contaminate e devono essere adottate le opportune precauzioni di manipolazione. Si consiglia di indossare guanti, protezioni oculari e una maschera. Altre misure possono essere necessarie in presenza di rischi specifici di infezione o di contaminazione incrociata da parte del paziente.

LIMITAZIONI DEL TRATTAMENTO: La fine della vita utile delle punte per lucidatura è determinata dall'usura e dai danni causati dall'uso; le punte devono essere ispezionate per verificare la presenza di difetti durante il processo di pulizia preliminare.

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora

se ne dimostrerà la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legati all'uso.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: STATI UNITI la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

NL - DUTCH

INDICATIES VOOR GEBRUIK: De Renew® Finishing System Points zijn bedoeld voor gebruik bij het verwijderen van dunne lagen composiet en het polijsten van geëmailleerde of kunstmatige ondergronden.

GEbruIKSAANWIJZING:

- Zorg ervoor dat de punt volledig in de spantang van het handstuk zit en vastzit voor gebruik.

2. BELANGRIJK! Overschrijd de maximumsnelheid van 20.000 rpm niet.

Zoek de instelling voor uw handstuk die ervoor zorgt dat de snelheid niet hoger is dan 20.000 rpm en pas uw luchtdruk dienovereenkomstig aan.

GEbruIKSVEILIGHED:

- Oogbescherming moet worden gedragen om te beschermen tegen weggeslingerde deeltjes.
- Een chirurgisch masker moet worden gedragen om inademing van aerosol of stof te voorkomen.
- Verplaats de punt continu wanneer het in gebruik is om lokale verwarming te vermijden.

② Apparaat voor eenmalig gebruik

⚠ WAARSCHUWING!! Gebruikte polijspunten moeten als verontreinigd worden beschouwd en er moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen bij het hanteren ervan. Handschoenen, oogbescherming en een masker moeten worden gedragen. Andere maatregelen kunnen nodig zijn als er specifieke risico's op infectie of kruisbesmetting van de patiënt zijn.

BEPERKINGEN VOOR VERWERKING: Het einde van de levensduur van de polijspunten wordt bepaald door slijtage en schade tijdens het gebruik, en de punten moeten worden geïnspecteerd op defecten tijdens het voorbereidende reinigingsproces.

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEEN RX: VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opricht van een tandheelkundige.

OPMERKING: Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/ of de patiënt is gevestigd.

NO - NORWEGIAN

INDIKASJONER FOR BRUK: Etterbehandlingssystemet Renew® med pointer er tiltenkt for fjerning av tyne lag med

komposit og polering av emalje eller kunstige substrater.

BRUKSANVISNING:

1. Forsikr deg om at pointen er ordentlig og i fast innlegg i håndstykkelets hylse før bruk.

2. **VIKTIG! Ikke overskrid den maksimale hastigheten på 20 000 o/min.** Finn innstillingen for håndstykke som sikrer at hastigheten ikke vil overstige 20 000 o/min, og juster lufttrykket deretter.

SIKKERHET UNDER BRUK:

- Øyevern må brukes som beskyttelse mot partikler som slynges ut.
- Kirurgisk maske må brukes for å unngå innåndning av aerosol eller støv som danner.
- Flytt pointen kontinuerlig når den er i bruk for å unngå lokalt oppvarming.

② Enhet til engangsbruk

⚠ ADVARSEL!! Brukte poleringspointere skal anses som kontamineret, og det bør ikke settes passende tiltak til håndtering. Hansker, øyever og maske skal brukes. Andre tiltak kan være nødvendig hvis det utgår spesiell infeksjonsfare.

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTE:

RECEPTE: Americkie prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

UWAGA: Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent przebywa.

PT - PORTUGUESE

INDICAÇÕES DE USO: Os Pontos do Sistema de Acabamento Renew® destinam-se à remoção das camadas finas de compósito e polimento de esmalte ou de substratos artificiais.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Certifique-se de que o ponto está totalmente assentado e agarre no pinça portátil antes de usar.

2. IMPORTANTE! Não exceder a velocidade máxima de 20.000 RPM.

Encontre o ajuste para seu portátil que irá garantir uma velocidade que não excede 20.000 RPM e ajuste a sua pressão de ar em conformidade.

MERKNAD:

Rapporter alvorlige hendelser til Reliance og ansvarlig tilsynsmyndighet i landet der brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende.

PL - POLISH

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Stożkowane narzędzia wykorzystywane systemu Renew® Finishing System Points służą do usuwania cienkich warstw kompozytu i polerowania szkliwa bądź sztucznych substratów.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

- Przed użyciem upewnij się, że narzędzie jest w pełni osadzone i zamocowane w tle zaciskowej rekojeści.

2. WAŻNE! Nie przekraczać maksymalnej prędkości 20 000 obrotów na minutę. Znaleźcie ustawienie dla swojej rekojeści, które zapewni prędkość nieprzekraczającą 20 000 obrotów na minutę i dostosować odpowiednio ciśnienie powietrza.

BEZPIECZENSTWO UŻYTKOWANIA:

- W celu ochrony przed wyrzucanymi cząsteczkami stosować ochronę oczu.
- Nosić maskę chirurgiczną, aby uniクラć wytwarzanego aerosolu lub pyłu.
- Podczas pracy proszęwać narzędzia w sposób ciągły, aby uniクラć miejscowego ogrzewania.

② Urządzenie jednorazowego użytku.

⚠ OSTRZEŻENIE! Zużyte stożkowane narzędzia polerskie powinny być uważane za zanieczyszczone i podczas pracy z nimi konieczne jest podjęcie odpowiednich środków ostrożności. Nosić rękawiczki, ochronę oczu i maskę. Konieczne może być zastosowanie innych środków w przypadku szczególnego ryzyka zakażenia lub zakażenia krzyżowego ze strony

VENDA SOB PRESCRIÇÃO: A lei federal dos EUA restriñe este dispositivo à venda por ou a pedido de um profissional odontológico.

pacjenta.

OGRAŃCZENIA W PRZYGOTOWYWANIU DO PONOWNEGO UŻYCIA:

Koniec żywotności narzędzi polerskich jest określany przez zużycie i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania; narzędzia te wymagają sprawdzenia pod kątem wad podczas wstępnego czyszczenia.

GWARANCJA:

Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymiane produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwości. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty bezpośrednie lub wtórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposob zgodny z opisem. Przed użyciem użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktu do przezwidzianego zastosowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko z tym związane.

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTE:

RECEPTE: Amerykańskie prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

UWAGA: Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent przebywa.

SV - SWEDISH

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING:

Renew® Finishing System Points är avsedda för att avlägsna tunna lager av komposit och för att polera emalj eller konstgjorda substrat.

BRUKSANVISNING:

- Se till att spetsen sitter i orientellt och greppas i handstykets hylsa före användning.

2. VIKTIG! Överskrider inte maxhastigheten på 20 000 varv/min. Hitta inställningen för handstycket som ger en hastighet som inte överstiger 20 000 varv per minut och justera lufttrycket i enlighet därför.

SÄKER ANVÄNDNING:

- Ögonskydd måste användas för att skydda mot flygande partiklar.
- Kirurgisk mask måste bäras för att undvika inandning av aerosol eller damm som alstras.

- Flytta spetsen kontinuerligt när den

AVISO:

Relate qualquer incidente grave à Reliance e à autoridade competente do estado em que o usuário e/ou paciente estiver estabelecido.

RO - ROMANIAN

INDICAȚII DE UTILIZARE:

punctele pentru sistemele de finisare Renew® sunt utilizate la îndepărtarea straturilor subțiri de compozit și la lustruirea smântui sau a substraturilor artificiale.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că punctul este complet fixat și prinț în gulerul piesei de mână.

2. IMPORTANT! Nu depășiți viteza maximă de 20.000 rot/min. Găsiți setarea pentru piesa de mână care va asigura o viteza care să nu depășească 20.000 rot/min și reglați presiunea aerului în consecință.

SIGURANTA DE UTILIZARE:

- purtați protecții oculare pentru a vă proteja împotriva particulelor evacuate.
- purtați mască chirurgicală pentru a evita inhalarea aerosolilor sau a prafului generat.
- deplasați punctul în mod continuu când îl utilizați pentru a evita încălzirea locală.

② Dispozitiv de unică folosință

⚠ AVERTISMENT!! Punctele de lustruire trebuie să fie considerate contaminate și trebuie luate măsuri de precauție adecvate. Purtați mănuși, protecție pentru ochi și mască. Pot fi necesare alte măsuri dacă există un risc specific de infecție sau de contaminare înrăuțată în ceea ce privește pacientul.

LIMITARE PROCESĂRII: sfârșitul duratei de utilizare trebuie să se situeze pe nivelul de uzură și deteriorare, iar punctele trebuie să fie preparate pentru defecte în timpul procesului de curățare preliminar.

GARANȚIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. își recunoaște responsabilitatea de a înlocui produsele dacă se dovedesc a fi defecte. Reliance Orthodontic Products, Inc. nu își răspunde răspunderii pentru daunele sau pierderile, direct sau pe cale de consecință, care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsele descrise. Înainte de a utiliza, este responsabilitatea utilizatorului de a determina compatibilitatea produsului pentru utilizarea prevăzută. Utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderile în această privință.

NUMĂ CU PRESCRIPTIE PENTRU UTILIZARE PROFESSIONALĂ:

legea federală din SUA restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la recomandarea unui specialist stomatolog.

INSTIINTARE: Raportați orice incident grav către Reliance și autoritatea competență din statul în care utilizatorul și/sau pacientul își are domiciliu.

SV - SWEDISH

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING:

Renew® Finishing System Points är avsedda för att avlägsna tunna lager av komposit och för att polera emalj eller konstgjorda substrat.

BRUKSANVISNING:

- Se till att spetsen sitter i orientellt och greppas i handstykets hylsa före användning.

2. VIKTIG! Överskrider inte maxhastigheten på 20 000 varv/min. Hitta inställningen för handstycket som ger en hastighet som inte överstiger 20 000 varv per minut och justera lufttrycket i enlighet därför.

SÄKER ANVÄNDNING:

- Ögonskydd måste användas för att skydda mot flygande partiklar.
- Kirurgisk mask måste bäras för att undvika inandning av aerosol eller damm som alstraras.
- Flytta spetsen kontinuerligt när den

används för att undvika lokal uppvärming.

② Avsedd för engångsbruk

⚠ VARNING! Använda poleringsspetsarna ska betraktas som förenrade och lämpliga försiktighetsåtgärder ska vid hantering. Använd handskar, ögonskydd och mask. Andra åtgärder kan vara nödvändiga om särskild risk för infektion eller korskontaminerande från patienten föreligger.